1/22/13 *P R E L I M I N A R Y F A X R E P O R T* Page 1 of 1
For PREMIUM PROCESSING CO.

Standard Laboratories, Inc. Jacksboro, TN

52719 T&T #7 B P. STOKER
01/21/13

	Moisture	Ash	Volatile	F.C.	BTU/LB.	Sulfur
As Rec	4.61	4.03	XXXX	XXXX	13816	0.94
Dry Bs	XXXX	4.22	XXXX	XXXX	14484	0.99
LBS SO2/MMBTU:	1.33				15122	

52720 T&T #7 B FINES
01/21/13

	Moisture	Ash	Volatile	F.C.	BTU/LB.	Sulfur
As Rec	9.03	7.14	XXXX	XXXX	12719	1.01
Dry Bs	XXXX	7.85	XXXX	XXXX	13982	1.11
LBS SO2/MMBTU:	1.55				15173	